

附表二

## 國立臺南大學實驗場所安全衛生評分表

實驗室編號、名稱：

評分日期： 年 月 日

實驗室負責人：

查核類目	評分項目	1	2	3	4	5
自動 檢查(5)	1. 各項自動檢查表，確實執行。					
壓縮 氣體(10)	1. 高壓氣體鋼瓶安穩置放，並加固定，未使用時，裝妥護蓋，扳手另外放置。					
	2. 鋼瓶經檢驗合格，且未過期。					
消防 安全(10)	1. 滅火器依法適當配置、標示明顯且取用方便。					
	2. 人員確實知道設備配置位置及滅火器設備功能正常。					
化學品管 理(15)	1. 化學藥品依危害通識規定進行圖示警告。					
	2. 現場備有安全資料表。					
	3. 化學品應使用承接盤儲存。					
電氣 安全(10)	1. 電器插座附近無灰塵。					
	2. 電器插座固定於堅固定點，並標示電壓。					
個人防護 具(10)	1. 提供合宜之個人防護具。					
	2. 個人防護具為個人專用。					
機械安全 防護(5)	各項機械設備訂有操作之標準作業流程。					
緊急應變	1. 人員確實知道緊急沖淋位置。					

(10)	2. 各項設施功能正常(適當水壓、水質清潔)					
廢棄物	1. 廢液區標示化學品相容表。					
	(15) 2. 廢液予以妥善分類及標示。					
	3. 垃圾分類與資源回收管理。					
一般安全	1. 重物應至於低下處。					
	(10) 2. 實驗場所通道無堆積物品。					
	小計					
總分合計						
評核結果						

稽核人員簽名：

陪同人員簽名：